



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.ИМ40.Н00023

Срок действия с 30.01.2013 по 14.12.2014

№ 0823822

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ИМ40.
продукции ООО "Центр контроля качества "ХимАналит". 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северное Домодедово, ул. Логистическая, д. 1/6, тел. (495) 984-79-96.

ПРОДУКЦИЯ Установки стоматологические: Azimut 100A, 200A, 200B, 300A, 300B, 400A, 400B, 500A, 500B, 600A, 600B, 700A, 700B с принадлежностями (см. Приложение бланк № 0569021).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

94 5220

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ 25148-82 (Пп. 2.2-2.19, 2.21), ГОСТ 28131-89 (Пп. 2.1-2.10), ГОСТ 26368-90 (Разд. 2), ГОСТ 27875-88, ГОСТ Р ИСО 7785-1-2006, ГОСТ Р 50267.0.2-2005

код ТН ВЭД России:

9018 41 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Цзунчан компания с ограниченной ответственностью по медицинской технике.
Адрес: No.1, Keyang Road, Nanzhuang Town 528000 Foshan City, Guangdong, China, Китай.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Цзунчан компания с ограниченной ответственностью по медицинской технике.

Адрес: No.1, Keyang Road, Nanzhuang Town 528000 Foshan City, Guangdong, China, Китай.
Телефон 8675783784668, факс 8675783784661.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний для целей подтверждения соответствия № 0109/2013 от 30.01.2013 г. Испытательный центр продукции ООО "Центр контроля качества "ХимАналит", рег. № РОСС RU.0001.21ИМ64; протокола испытаний № 1М1Р-13 от 22.01.2013 г. ООО «Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС», рег. № РОСС RU.0001.21МЭ48; регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС № 2004/1601 с 14.12.2004 г. до 14.12.2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: маркирование продукции допускается производить знаком соответствия Системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции согласно Разрешению ОС ООО "Центр контроля качества "ХимАналит" рядом с товарным знаком на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 3.

Руководитель органа

подпись

Н.А. Терешкова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.А. Мишутина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0569021**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.ИМ40.Н00023

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
94 5220 9018 41 000 0	Установки стоматологические: Azimut 100A, 200A, 200B, 300A, 300B, 400A, 400B, 500A, 500B, 600A, 600B, 700A, 700B с принадлежностями: 1. Кресло пациента с подголовником и подлокотниками 2. Гидроблок: плевательница керамическая, слюноотсос, пылесос, пистолет вода-воздух, автономная вода, бойлер, плата управления, редукторы давления, напольный блок для канализации с редукторами воздуха и фильтрами воды 3. Штанга светильника с бестеневым светильником 4. Штанга для компьютерного монитора 5. Врачебный модуль: штанга врачебного модуля, модуль врача с турбинными наконечниками, электромотором, пьезоскалером, пистолетом вода-воздух, регуляторы воды и воздуха, сенсорным управлением и программной памятью (плата управления) 6. Стул врача стоматолога 7. Стул ассистента стоматолога 8. Ремонтные принадлежности: лампочки, прокладки, хомуты, переключатели, масло для смазки, носики пистолета вода-воздух	Нормативная документация изготовителя
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Цзунчан компания с ограниченной ответственностью по медицинской технике, No.1, Keyang Road, Nanzhuang Town 528000 Foshan City, Guangdong, China, Китай	



Руководитель органа

подпись

Н.А. Терешкова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.А. Мишутина

инициалы, фамилия